



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ

EDITAL Nº 121/2024

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2024

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA, Prefeito Municipal de Tramandaí, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que retifica o Edital de Pregão Eletrônico nº 80/2024, que tem por objeto a aquisição de equipamentos hospitalares (aparelho de Raio-X fixo digital e cama hospitalar), destinado ao Hospital Tramandaí, situado neste Município, **ANEXANDO** novo Termo de Referência, **ALTERANDO** a redação do item/lote nº 02 do Anexo I do Edital, **ANEXANDO** nova minuta de contrato e **DESIGNANDO** nova data para o certame.

Leia-se:

(...)

ANEXO I

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 80/2024

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão Eletrônico nº 80/2024, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo.

LOTE	Descrição do Objeto	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor unitário cotado
01	CAMA HOSPITALAR TIPO FAWLER ELÉTRICA RESUMO: Cama hospitalar tipo Fowler elétrica, estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó ou material superior. Movimentos mínimos: Cabeceira, Fowler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Elevação de Altura. Grades laterais articuláveis e Fabricadas em polietileno ou material compatível. Acionamento através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Rodízios de, no mínimo, 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos 1 freio. Capacidade de carga de, no mínimo, 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Marca:	04 unidades	R\$ 9.779,25	R\$
	APARELHO DE RX RESUMO: Conjunto radiológico de 150KV/50KW.		R\$	

02	Tensão de alimentação 380 VAC, Trifásico AC 60HZ, com faixa de KV de 40 KV a 150KV, com passos de ajuste de kV, com faixa de mA 20 ou menor a 630 mA ou maior (20, 25, 32, 40, 50, 64, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630 mA). Passo de ajuste de 1 kV ou menor. Faixa de mAs 0,5 a 500 mAs. Tempo de exposição 0,005 a 5s ou maior. Tipo de geração MULTIPULSO (ALTA FREQUÊNCIA). Máxima corrente de 630 mA. Maior potência de saída 50KW. Foco 0,6 e 1,2mm. Velocidade do anodo 3200 RPM. Capacidade térmica do anodo 300 KHU ou superior. Potência nominal do anodo 22/50 KW (Foco Fino e Grosso respectivamente), ou melhor. Teclas painel de comando tipo luminosa micro switch/membrana. MESA: Dimensões do tampo/ mesa 80 x 200 cm, tipo flutuante, deslocamento longitudinal do tampo +/- 40 cm (80 cm total) ou maior, Deslocamento transversal do tampo +/-15 cm (30 cm total) ou maior e descolamento vertical de 30cm (55 a 85cm a partir do chão) ou maior, bucky mesa com deslocamento longitudinal de 40cm, com dispositivo centralizador. Freios para o movimento do tampo através do pedal eletromagnético; peso suportado pela mesa 200 Kg ou superior, foco filme para a mesa 100 cm. MURAL: com deslocamento vertical de 40 a 170 cm a partir do chão ou superior, eletromagnético; com foco filme de 100 a 180 cm... (continua no Termo de Referência). Marca:	01 unidade	310.426,67	R\$
----	---	------------	------------	-----

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de licitante do procedimento licitatório sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 80/2024 que os itens ofertados atendem integralmente a descrição do Anexo I.

Telefone:
e-mail:

-----, -- de ----- de 2024.

Assinatura e carimbo da empresa

Conforme subitem 6.5 do Edital – Após a fase de lances e aceite dos valores o licitante terá o prazo de 120 (cento e vinte) minutos para atualizar os valores unitários no sistema e incluir junto ao sistema a proposta de preços atualizada para seu posterior julgamento.

a) O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação.

b) Caso a empresa vencedora não inclua a proposta final e/ou não atualize os valores unitários junto ao sistema dentro do prazo, terá sua proposta desclassificada para o lote.

(...)

Em razão desta retificação, altera-se a data para impugnações, informações ou dúvidas de ordem técnica, em cumprimento ao subitem nº 22.1 do Edital: **até o dia 01/10/2024**, e agenda-se o certame conforme segue:

Recebimento das Propostas: do dia 16/09/2024 às 8h até as 13h do dia 04/10/2024
Início da Sessão do Pregão: às 14h do dia 04/10/2024

Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 13 de setembro de 2024.

LUIZ CARLOS GAUTO DA SILVA
Prefeito